

Doppler Fetal Portátil S6 - BIC



Novo Doppler Fetal BIC, da linha BIC Diagnóstico, mede com eficiência a frequência cardíaca e pode sinalizar problemas como hipóxia (baixo teor de oxigênio), sofrimento fetal, cordão em torno do pescoço, entre outros. Com toda excelência da marca BIC, o aparelho é ideal para ser utilizado em hospitais, consultórios ou no domicílio da gestante para autoexame (sob orientação médica).

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Visor do Display Grande e de fácil leitura;
- Sistema de Captação de Som do Microfone embutido;
- Equipamento de fácil manuseio na operação;
- Excelente custo/Benefício justo.
- Transdutor de alta sensibilidade;
- Alto falante de alta performance;
- Tela de LCD/para visualização numérica do batimento cardíaco fetal;
- Botão Liga/Desliga, controle de volume e desligamento automático;
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DOPPLER

Modelo: JPD-100S6

Cor: Branco

Tipo: Portátil

Material: Injetado em Plástico ABS

Visor do Display: LCD Iluminado com luz de fundo

Grau de Proteção: IP22 - Contra a entrada de água e partículas

Medida: 130mm (Comprimento) x 100mm (Largura) x 36mm (Altura)

Saída para Fone de Ouvido: Sim

Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas AA, de 1,5 V DC

Peso: 250g (incluindo 2 pilhas-teste)

Faixa de Medição da FCF: 50 - 210BPM (Batidas por minuto)

Resolução: 1bpm

Precisão: (+/-)2 bpm

Consumo de Energia: < 0,7W

Sistema de Desligamento: Automático após 1 minuto sem sinal de operação.

Temperatura Ambiente de Operação:	5°C - 40°C
Umidade Relativa do ar:	<80%, sem condensação
Temperatura de Armazenamento/Transporte:	-20°C - +55°C
Marca:	BIC - DIAGNOSTICO
Garantia Aparelho:	1 ano contra defeito de fabricação
TRANSDUTOR/SONDA COM CABO	
Frequência de Trabalho:	3,0MHz +- 10%
Modo de Trabalho:	Doppler de ondas contínuas.
Sensibilidade:	>90dB
Pressão Acústica de Pico Temporal e de Pico Espacial:	<0,1MPa
Potência de Saída:	<20mW
Área Efetiva do Elemento ativo do Transdutor ultrassônico:	2,08cm ²
Pressão Acústica Negativa de Pico:	p-<1MPa
Garantia Sonda:	6 Meses contra defeito de fabricação.
Aprovação Portaria/INMETRO:	Nº 384 de 18 de Dezembro de 2020

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449004
Contém na Embalagem:	1 Dispositivo Doppler Fetal Portátil / 1 Transdutor 3MHz +-10% / 1 Cabo do Transdutor / 2 Pilhas testes AA / 1 manual de instruções em português
Limpeza/Desinfecção:	Aparelho: Utilize um pano seco, limpo e macio para passar na superfície. / Sonda: Limpe com um pano macio para remover qualquer gel de acoplamento de ultrassom restante, utilizando apenas água e sabão e para desinfecção utilize álcool líquido 70% levando a secagem ao ar livre.
Recomendação:	Recomendação de uso a partir da 10ª semana de gestação sob orientação médica. Não tente esterilizar a sonda e ou equipamento com vapor de baixa temperatura ou outro método.
Código de Barras:	7898523735089